

Prot. n° 351 /C.O. del 26/05/07

All'U.O.C Provveditorato ed Economato

ASReM

Oggetto: Gara per la fornitura di n° 25 defibrillatori per il "118" Risposta alla nota della ditta Laerdal Italia

In relazione alla richiesta di chiarimenti posta dalla ditta Leardal italia sulla fornitura in oggetto, si chiarisce che l'organizzazione del S.E.T. del Molise rende preferibile l'acquisizione di n° 5 Centrali di Ricezione dell'elettrocardiogramma eseguito sul territorio, di n° 1 da installare presso al Centrale Operativa 118 di Campobasso, tre da installare presso le UTIC degli ospedali regionali siti a Campobasso, Isernia e Termoli e una da installare presso la U.O. di cardiologia/cardiochirurgia presente a Campobasso. Non si ritiene indispensabile la fornitura di ulteriori centrali di ricezione da installare presso le postazioni territoriali del S.E.T.-118 in quanto non presidiate al momento della trasmissione (il personale è lo stesso che in quel momento effettua l'intervento sul territorio ed esegue l'ECG) e l'obiettivo + quello di coinvolgere le UTIC e la cardiocirurgia per il trattamento definitivo in urgenza del paziente affetto da Sindrome Coronarica Acuta..

Si fa presente, inoltre, che sarebbe preferibile fornire questo stesso chiarimento, oltre che alla ditta che lo ha richiesto, anche alle altre ditte partecipanti alla gara o comunque interessate alla fornitura.

Distinti saluti.

Il Direttore di C.O.118-S.E.T.

(dr. Fedele Clemente)