

**GARA CON PROCEDURA CONCORSUALE APERTA – PUBBLICO INCANTO  
PER LA FORNITURA TRIENNALE  
DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO VARIO  
AI PRESIDI DIPENDENTI DELL’AZIENDA A.S.RE.M.  
C.I.G. n. 03793254E3**

-----

**CHIARIMENTI**

- **La percentuale dell'80%** per essere ammessi a partecipare è riferita al numero degli articoli aventi lo stesso codice capitolato
- **Codice capitolato 2:** Si accetta tolleranza max +/- 1mm
- **Codici capitolato 110,111,112, 113, 114, 115, 118** - CVC: si conferma quanto richiesto nel capitolato
- **Codice capitolato 122:** il valore annuo presunto è di €.4.400,00
- **Sterilizzazione ossido di etilene:** si accetta, con riserva, valore non superiore a 10 ppm previa verifica della normativa di riferimento comunque da specificare nell’offerta
- **Pag 5 del capitolato speciale – Prodotti non sterili:** Si conferma confezione singola per tutti gli articoli
- **Codice CND:** Nel caso l’articolo proposto dalla ditta abbia un codice CND diverso da quello indicato nell’allegato 1, la Commissione procederà comunque alla valutazione
- **Codice capitolato 157:** si conferma quanto richiesto nel capitolato
- **Codice capitolato 159 -161:** non è richiesta la doppia etichetta, se ne terrà conto in sede di aggiudicazione
- **Codice capitolato 169 articolo 2:** refuso di capitolato, trattasi di benda monostrato;
- **Codice capitolato 159 articoli 1,2,3,4,5,6,7:** si conferma non sterili;
- **Codice capitolato 160:** si conferma sterili;
- **Codice capitolato 161 articoli 1,2,3,4:** si conferma non sterili;
- **Consegna dei plichi:** Non è esclusa la consegna dei plichi a mezzo corriere privato
- **Pag. 5 del capitolato speciale – Prodotti sterili:** si conferma quanto richiesto nell’allegato 1 al capitolato
- **Pag. 5 del capitolato speciale - dicitura "Dispositivo Medico":** l’indicazione “Dispositivo medico” in etichetta non è a pena di esclusione, ma valida solo per dispositivi su misura
- **Codice capitolato 157:** si conferma la classe Is per tutti gli articoli;
- **Codice capitolato 159:** si conferma 48 strati;
- **Codice capitolato 156:** l’equivalenza peso/rotolo va indicata anche in offerta;
- **Codice capitolato 160:** si accetta anche garza 12/10;
- **Codice capitolato 163:** si conferma garza non sterile;
- **Codice capitolato 169:** si conferma garza non sterile;
  - Articoli 1-2: si accetta anche garza 12/10;
  - Articolo 3: misura errata articolo da annullare
- **Codice capitolato 17:** Il manico degli aghi è richiesto in rame
- **Campionatura - giorno di scadenza:** Consegna entro il giorno 8/1/2009 (ultimo giorno utile prima della scadenza del 10/1/2009)
- **Codice capitolato n.3:** lunghezza ago cm 10
- **Codice capitolato n.56:** si conferma per cannula di yankauer provvista di tubo, unica confezione; impugnatura antiscivolamento; tubo cm 16 errato serve da 200 cm; le misure indicate (CH) sono indicative +/- 1 CH;
- **Codice capitolato 60 – 61:** il numero dei fori richiesti è indicativo, comunque si deciderà in sede di valutazione; Tubi mille buchi, sono tubi provvisti di buchi su una lunghezza di 14-15 cm circa;
- **Codice capitolato 71:** si accetta anche lunghezza di 25mt;
- **Codice capitolato 46 – Articolo 11:** si conferma quanto richiesto nel capitolato
- **Codice capitolato 157**
  - Articolo 1: si conferma 90.000 conf. da 12 pz.;
  - Articolo 2: si conferma 59.900 conf. da 25 pz.;

- Articolo 3 si conferma 12.000 conf. da 25 pz.;
- Articolo 4 si conferma 300 conf. da 25 pz.
- Importo annuo presunto €. 35.000,00;
- **Codice capitolato 158**: Importo annuo presunto €.140.000,00